GlucoMen® Day CGM

Sistem za kontinuirano mjerenje glukoze

Instalacija

Kratka uputa za upotrebu / popis

A.MENARINI diagnostics

Living your life.

Instalacija CGM sistema

☐ 1 Provjerite da li vaš smartphone / prijamni aparat pokazuje tačan datum i vrijeme.
VAŽNO!

☐ 2 Skinite GlucoMen Day aplikaciju na vaš smartphon.



Erhältlich im App Store

Jetzt bei Google Play

☐ 3 Zapišite ID i PIN na odašiljaču (ili slikajte).
Učinite to za sve odašiljače.



ID		ID	
PIN		PIN	

☐ 4 Stavite odašiljač u punjač i povežite ga s USB priključkom.



☐ 5 Otvorite aplikaciju i izvedite korake za povezivanje. Za to vam treba PIN i ID.



☐ 6 Odašiljač je spreman za upotrebu čim se potpuno napuni
(zeleno stalno svjetlo na punjaču).

Uvođenje senzora

GlucoMen® Day CGM

☐ 7 Izaberite mjesto nanošenja, očistite ga dezinfekcijskom krpom i ostavite da se osuši.



☐ 8 Otvorite ambalažu senzora i stavite odašiljač u sensor.



☐ 9 Zategnite aplikator i povežite ga sa senzornom jedinicom.



☐ 10 Skinite zaštitnu foliju s flastera na senzoru i nalijepite senzornu jedinicu na kožu.



☐ 11 Pritisnite tipku <●●> dok ne čujete klik (Uvođenje senzora).



☐ 12 Pritisnite tipku <●●●> (Oslobađanje senzora) i podignite aplikator sa senzorske jedinice uklanjanjem ga iz tijela jednim okomotim pokretom.
Izvucite ga a ne na stranu.



A.MENARINI diagnostics
Living your life.

Zagrijavanje i kalibriranje senzora

☐ 13 Nakon uvođenja senzora, odbrojavanje zagrijavanja u aplikaciji započinje automatski u roku od 3 minuta. Nakon odbrojavanja zagrijavanja, kalibrirajte sistem pomoću mjerenjem glukoze GlucoMen Day Meterom ili drugog mjerača glukoze u krvi.



Ne uklanjajte odašiljač dok je pričvršćen za vas.

Uklanjanje senzora (nakon 14 dana)

☐ 14 Pažljivo uklonite flaster senzora počevši od bočne strane strelice.



NE odstranite odašiljač

☐ 15 Izvadite odašiljač i ponovo ga napunite. Odstranite sensor u skladu s lokalnim propisima.



Dobro je znati:

- Senzor se uvodi bez vodeće igle!
- Senzor kontinuirano mjeri koncentracije glukoze u krvi u toku 14 dana!
- Podatci su sačuvani u odašiljaču i šalju se putem bluetooth-a aplikaciji koja vam prikazuje vašu trenutnu koncentraciju glukoze.
- Domet odašiljača je 3 metra.
- Mi se brinemo o okolini! U toku 5 godina kontinuirane upotrebe, GlucoMen Day CGM troši samo 2 litijeve baterije i otprilike 3 kg plastike, dok ostali CGM sistemi troše do 120 litijumskih baterija i do oko 18 kg plastike.

[1] Data on file. A. Menarini Diagnostics. 2020

Smanjite jednokratni plastični otisak!

www.glucomenday.de

A. MENARINI Diagnostics. Division der BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125 | 12489 Berlin | Tel.: 0800-45826636
www.glucomenday.de | E-Mail: glucomenday@berlin-chemie.de

A.MENARINI diagnostics
Living your life.

M133717